deconex®
36 INTENSIV-x

强力、环保的中性清洗浓缩液

用于手工清洗医疗器械和物表

应用

deconex® 36 INTENSIV-x 用于彻底而温和地清洗所有可清洗的表面、物品和器械。

deconex® 36 INTENSIV-x 也适用于长时间浸泡器械，等待进行自动再处理（隔夜、周末）。因此可以避免有机污染物的腐蚀或干燥。机洗前之前先用水漂洗器械。

deconex® 36 INTENSIV-x 的一个特殊应用是在更换消毒剂（含醛 → 含胺消毒剂或反之亦然）前，对由塑料或橡胶材料制成的表面和器械（软式内窥镜、麻醉设备）进行清洗。

deconex® 36 INTENSIV-x 也适用于超声清洗。

特性

deconex® 36 INTENSIV-x 拥有特殊的表面活性剂配方，因此具有高清洗能力，尤其是对于有机污染物。

deconex® 36 INTENSIV-x pH为中性，具有广泛的材料兼容性。

在其特殊用途中，deconex® 36 INTENSIV-x 可在更换消毒剂之前，去除塑料和橡胶上的消毒剂残留物，防止出现因醛类与胺的化学反应颜色变化等表面现象。

deconex® 36 INTENSIV-x 基于不含 NTA 和磷酸盐的配方。产品中的所有成分都可生物降解。

成分

表面活性剂、络合剂、腐蚀抑制剂

用量

应用	用量	备注
在机械清洗之前 更长的器械浸泡时间	0.2-0.5%	一次性使用溶液。在装载到机器中之前，用水漂洗器械。
消毒之前清洗手术器械	0.5-1.0%	将器械浸泡 2-15 分钟，必要时进行刷洗。 一次性使用溶液。用水漂洗器械。
超声清洗机	0.5-1.0%	超声清洗 5 分钟。
如果器械由橡胶或合成材料制成， 在更换消毒剂之前	3.0%	将器械浸泡 2-3 小时。然后，用自来水彻底漂洗，然后用干净的布擦干。
表面	0.5%	在更换消毒剂之前，涂抹本产品两次。

borer
advanced cleaning solutions

DB deconex 36 INTENSIV-x BC-CH 1.0 2024-01-29 ZH

材料相容性

适用于：
PVC、油毡、橡胶、塑料、不锈钢、铝合金阳极氧化铝、有色金属、陶瓷

对于未提及的材料，请自行进行特定的兼容性测试或咨询 Borer Chemie AG。

物理化学数据

pH 值	使用去离子水配制的 1% 溶液	约 7.5
密度	浓缩物	1.06 g/mL
外观	浓缩物	透明，无色至黄色

储存和运输

将本产品储存在 5 - 25 ℃的温度下。

该医疗器械对霜冻敏感。尽可能避免在寒冷气候下运输本产品。如果不可避免需要在此期间运输，则必须使用温度控制在 5 ℃以上的货车/海运集装箱运输该产品，或在运输温度不低于-5℃的条件下，加防护罩进行短时间运输（不超过 10 小时。

供应情况

请向您当地的代表询问当前的容器尺寸。

容器、螺旋盖和标签均采用可回收聚乙烯制成。

CE 标识

deconex® 36 INTENSIV-x 满足指令 (EU) 2017/745 的医疗器械要求。

其他信息

有关工作安全、储存及废物处置/污水方面的信息，请参阅相关的安全数据表。

利用我们丰富的专业知识！请联系我们了解与您的特定应用相关的更多信息。

经销商/进口商：

制造商：
Borer Chemie AG
Gewerbestrasse 13, 4528 Zuchwil / Switzerland
Tel +41 32 686 56 00 Fax +41 32 686 56 90
office@borer.ch, www.borer.swiss

CE MD

borer
advanced cleaning solutions

DB deconex 36 INTENSIV-x BC-CH 1.0 2024-01-29 ZH