deconex®
42 KONZ

기구 관리를 위한 윤활제

특수 세척기에서 사용

사용 방법

윤활제 deconex® 42 KONZ 는 수술 기구 재처리 주기의 마지막 헹굼 단계에서 50 °C 이상의 온도에서 사용됩니다.

속성

deconex® 42 KONZ 는 약용 백색유 및 유화제에 기반한 제품으로, 물과 함께 섞으면 동질의 유액을 형성합니다. 제품은 구성 상, 특히 살균 전에 기구를 관리하기에 적합합니다. 이 제품은 스테인레스강으로 제작된 기구의 표면에 얇은 보호막을 형성하여 기계적 부식을 방지합니다 (경첩 및 관절).

deconex® 42 KONZ 는 살균 도중 수지화되지 않습니다. 기구 표면 뒤에 남은 매우 얇은 기름막에서는 미생물의 성장 가능성이 없습니다. 다음 주기에서 deconex® 42 KONZ 의 이 보호막이 완전히 씻겨집니다. 이것은 윤활제가 각 재처리 주기에서 사용되어야 함을 의미하기도 합니다.

성분

약용 백색유, 유화제

정량

0.5-1 mL/L 세척 편대

사용 정보

스테인레스강 표면에 얇고 고른 막을 입히려면 deconex® 42 KONZ 를 50 °C 이상에서 사용하여 헹궈야 합니다.

추가 권장사항:
- 랙 및 기기에 적정량의 기구를 넣습니다(과부하 방지),
- 모든 기구가 헹굼 단계에서 윤활제와 접촉하도록 해야 합니다,
- 경첩 및 관절이 있는 모든 기구를 엽니다.

deconex® 42 KONZ 를 사용하기 전에 세척기의 정량 시스템이 내유성인지 확인하십시오. deconex® 42 KONZ 로 마취 기구를 처리하지 마십시오.

deconex® 42 KONZ 는 침수통에 적합하지 않습니다.

재료 호환성

적합한 재료:
스테인레스강

적합하지 않은 재료:
고무, 라텍스

여기에 언급되지 않은 재료는 자체 특정 호환성 테스트를 수행하거나 Borer Chemie AG 에 문의하십시오.

화학/물리적 데이터

pH	탈염수에서 1 %	약 5.0-7.5
밀도	농도	0.86 g/mL
모양	농도	투명, 무색~약간 노르스름한 빛의 액체

borer
advanced cleaning solutions

DB deconex 42 KONZ BC-CH 1.0_211216_KO

포장

용기, 나사 캡 및 라벨은 재활용 가능한 폴리에틸렌으로 만들어졌습니다.

용기 크기

용기 종류	용량	항목 번호
병	1 리터	504000.00-F10W
대형 통	5 리터	504000.00-KK5W
통	10 리터	504000.00-K10W
통	25 리터	504000.00-K25W
220 리터 배럴	200 리터	504005.00-B220

CE 마킹

deconex® 42 KONZ는 규정 (EU) 2017/745에 의거하여 의료 기기 요건을 충족합니다.

추가 정보

작업 시 안전, 보관 및 폐기물 폐기/폐수에 대한 내용은 해당 안전 데이터시트를 참조하십시오.

당사의 방대한 노하우를 활용하십시오! 특정 사용 방법에 대한 자세한 내용은 당사로 문의하시기 바랍니다.

유통업체/수입업체:

제조자:
Borer Chemie AG
Gewerbestrasse 13, 4528 Zuchwil / Switzerland
Tel +41 32 686 56 00 Fax +41 32 686 56 90
office@borer.ch, www.borer.ch

CE MD

borer
advanced cleaning solutions

DB deconex 42 KONZ BC-CH 1.0_211216_KO