Návod k použití

deconex® FOAM PLUS

Enzymatická, dezinfekční předčistící pěna

Pro manuální předběžné ošetření chirurgických nástrojů

Oblast použití

deconex® FOAM PLUS se používá k prevenci zaschnutí a inkrustace krve a tkáně na následujících zdravotnických prostředcích pro opakované použití:

– Invazivní a neinvazivní, termostabilní zdravotnické prostředky, např. chirurgické, MIS a robotické nástroje, včetně Da Vinci, zubní nástroje a příslušenství

Tento výrobek připravený k okamžitému použití se nastříká přímo na nástroje po jejich použití a před delší přepravou a čekáním, než budou znovu zpracovány v CSSD.

Nástroje MIS a HF, zejména jejich hroty, lze umístit přímo do kapalného produktu, aby se rozpustily sražené bílkoviny a obtížně odstranitelné zbytky a zjednodušilo se následné čištění.

Vlastnosti

deconex® FOAM PLUS kombinuje čisticí účinek enzymů s dezinfekčním účinkem předdezinfekčního přípravku. Zabraňuje zasychání nečistot, jako jsou zbytky krve a tkání, a díky enzymům je začíná rozkládat, což výrazně usnadňuje další kroky čištění. deconex® FOAM PLUS má také tyto vlastnosti:

– Vytváří stabilní pěnu
– Spektrum účinku: baktericidní, kvasinkocidní, aktivní proti zapouzdřeným virům
– Zabraňuje mikrobiální kontaminaci okolí a chrání uživatele
– Dobrá snášenlivost s materiály, včetně hliníku, díky pH neutrálnímu složení
– Chrání proti korozi po dobu nejméně 72 hodin
– Biologicky odbouratelný

Účinnost dezinfekce

Spektrum účinku a metodika	Kontaktní doba
Baktericidní (EN 13727, EN 14561)	5 min
Kvasinkocidní (EN 13624, EN 14562)	5 min
Aktivní proti zapouzdřeným virům	
Zkouška zavěšením (EN 14476)	5 min
Test nosičů zárodků (EN 17111)	15 min

Použití a dávkování

Prostředek deconex® FOAM PLUS je připraven k okamžitému použití a stříká se přímo na nástroje pomocí dodané stříkací hlavice. Pro dosažení nejlepších výsledků by měla být aplikace provedena v přepravním obalu ihned po použití nástrojů.

Pro dosažení co nejlepšího účinku předčištění a dezinfekce je třeba zajistit důkladné pokrytí a smáčení nástrojů.

MIS a HF nástroje a jejich hroty lze ošetřit vložením do deconex® FOAM PLUS v tekuté formě.

Přístroje pak musí být znovu zpracovány obvyklým validovaným postupem.

Doba mezi použitím nástrojů a jejich opětovným zpracováním by obecně neměla být delší než 6–8 hodin v souladu s platnými pokyny a právními nebo normativními specifikacemi. Antikorozní účinek přípravku deconex® FOAM PLUS byl prokázán až na 72 hodin, zatímco čisticí účinek enzymů zůstává zachován po delší dobu.

borer
advanced cleaning solutions

IFU deconex FOAM PLUS BC-CH 1.0_220719_CZ

Ruční oplachování nástrojů před následným automatizovaným zpracováním nebo důkladné předoplachování v myčce a dezinfektoru zajišťuje stabilitu automatizované fáze zpracování. Jednotlivými kontrolami je třeba zjistit, zda vynechání kroku oplachování může mít nepřijatelně negativní vliv na automatizovaný proces.

Snášenlivost s materiály

deconex® FOAM PLUS je vhodný pro nerezovou ocel, (eloxovaný) hliník, titan, neželezné kovy, polyoxymethylen (POM), polyethylen (PE), polyamid (PA) a polyvinylchlorid (PVC).

Nekompatibilita může nastat s plexisklem (PMMA), polyetherimidem (PEI) a polyfenylsulfonem (PPSU).

U jiných citlivých materiálů může být nutné provést testy kompatibility. V případě potřeby se obraťte na místního distributora výrobků deconex® nebo přímo na společnost Borer Chemie AG.

Chemicko-fyzikální údaje

Hodnota pH kapaliny	cca 7.8
Hustota kapaliny	1.0 g/mL
Vzhled kapaliny	čistá, modrá

Složky

100 g výrobku deconex® FOAM PLUS obsahuje:
0.22 g N,N-didecyl-N-methyl- poly(oxyethyl) amonium propanoátu
0.23 g N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropan-1.3-diaminu

Pomocné přísady:
Enzym (proteáza), povrchově aktivní složky, vonná látka, barvivo

Upozornění

Není vhodný pro konečnou dezinfekci.
Nemíchejte přípravek s jinými výrobky. ▪ Před změnou chemie použití kontaktujte místního distributora výrobků deconex® nebo společnost Borer Chemie AG. ▪ Výrobek je určen pouze k jednorázovému použití, není určen k opakovanému použití. ▪ Musí být dodrženy právní a normativní požadavky na zdravotnické prostředky. ▪ Pouze pro profesionální použití. ▪ Dodržujte pokyny pro reprocesování zdravotnických prostředků, které mají být ošetřeny, a návod k použití zařízení používaného k reprocesování.

Pokud dojde k závažné nehodě s tímto výrobkem, je třeba ji nahlásit výrobci a odpovědnému orgánu.

Bezpečnostní pokyny a likvidace

Informace týkající se bezpečnosti na pracovišti a správné likvidace nepoužitého výrobku naleznete v bezpečnostním listu.

Při likvidaci prázdných nádob a použitého roztoku je třeba dodržovat místní předpisy o odpadech a odpadních vodách.

Nádoby, plomby a štítky jsou vyrobené z recyklovatelného polyetylenu.

Skladování a přeprava

Skladujte výrobek při teplotách mezi 5 a 25 °C.

Tento zdravotnický prostředek je citlivý na mráz. Pokud je to možné, tento výrobek nepřepravujte v průběhu chladných období. Je-li během takového období přeprava i přesto nezbytná, přepravujte tento výrobek v kontejneru pro silniční nebo námořní dopravu s regulovanou teplotou vyšší než 5 °C nebo používejte ochranné kryty pro krátkodobou přepravu, která trvá nejvýše 10 hodin, přičemž teploty v průběhu takové přepravní operace nesmějí klesnou pod minus 5 °C.

Označení CE

deconex® FOAM PLUS splňuje požadavky na zdravotnické prostředky podle směrnice 93/42/EHS o zdravotnických prostředcích.

Dostupnost

Informace o dostupných velikostech nádob získáte od místního distributora výrobků deconex®.

Distributor/dovozce:

Výrobce:
Borer Chemie AG
Gewerbestrasse 13, 4528 Zuchwil / Switzerland
Tel +41 32 686 56 00 Fax +41 32 686 56 90
office@borer.ch, www.borer.ch

CE 1250 MD

borer
advanced cleaning solutions

IFU deconex FOAM PLUS BC-CH 1.0_220719_CZ