Brugsanvisning

deconex® FOAM PLUS

Enzymatisk, desinficerende forrengøringsskum

Til manuel forbehandling af kirurgiske instrumenter

Anvendelsesområde

deconex® FOAM PLUS anvendes til at forhindre indtørring og skorpedannelse af blod og væv på følgende genanvendeligt, medicinsk udstyr:

– Invasivt og ikke-invasivt, termostabilt medicinsk udstyr, f.eks. kirurgiske instrumenter, MIS-instrumenter og robot-instrumenter, herunder Da Vinci, tandlægeinstrumenter og tilbehør

Dette brugsklare produkt sprayes direkte på instrumenterne efter brug og før længere transport og ventetid, indtil de oparbejdes i CSSD'en.

MIS- og HF-instrumenter, især deres spidser, kan placeres direkte i det flydende produkt for at opløse koagulerede proteiner og rester, der er svære at fjerne, for at forenkle de efterfølgende rengøringstrin.

Egenskaber

deconex® FOAM PLUS kombinerer enzymers rengøringseffekt med et fordesinfektionsprodukts desinfektionseffekt. Det forhindrer, at snavs såsom blod og vævsrester tørrer ind, og takket være enzymerne begynder det at nedbryde dem, så de næste rengøringstrin bliver betydeligt lettere. deconex® FOAM PLUS har endvidere følgende egenskaber:

– Danner et stabilt skum
– Virkningsspektrum: Baktericid, levurocidal, virksom over for indhyllede vira
– Forhindrer mikrobiel kontaminering af omgivelserne og beskytter brugerne
– God materialeforenelighed, også med aluminium, takket være den pH-neutrale formulering
– Beskytter mod korrosion i mindst 72 h
– Biologisk nedbrydelig

Desinfektionseffektivitet

Aktivitetsspektrum og metode	Kontakttid
Bakteriedræbende (EN 13727, EN 14561)	5 min
Gærsvampedræbende (EN 13624, EN 14562)	5 min
Aktivt mod omsluttede vira	
Suspensionstest (EN 14476)	5 min
Kimbærertest (EN 17111)	15 min

Anvendelse og dosering

deconex® FOAM PLUS er brugsklar og sprøjtes direkte på instrumenter med det medfølgende sprayhoved. For at opnå de bedste resultater bør påføringen ske i transportbeholderen umiddelbart efter, at instrumenterne er blevet brugt.

For at opnå den bedst mulige forrengørings- og desinfektionseffekt skal det sikres, at instrumenterne dækkes og befugtes grundigt.

MIS- og HF-instrumenter og deres spidser kan behandles ved at lægge dem i deconex® FOAM PLUS i flydende form. Instrumenterne skal derefter genbehandles ved hjælp af den sædvanlige, validerede proces.

Ventetiden mellem brugen af instrumenterne og oparbejdningen af dem bør generelt ikke være længere end 6 - 8 timer i henhold til gældende retningslinjer og juridiske eller standardbaserede specifikationer. Den korrosionshæmmende virkning af deconex® FOAM PLUS er blevet påvist i op til 72 timer, mens enzymernes rengørende virkning forbliver intakt i længere tid end dette.

borer
advanced cleaning solutions

IFU deconex FOAM PLUS BC-CH 1.0_220719_DA

Manuel skylning af instrumenterne før den efterfølgende, automatiserede oparbejdning eller grundig forskylning i vaske-desinfektøren sikrer stabiliteten af den automatiserede oparbejdningsfase. Det skal ved individuel kontrol fastslås, om udeladelse af skylletrinnet kan have en uacceptabelt negativ indvirkning på den automatiserede proces.

Materialeforenelighed

deconex® FOAM PLUS er velegnet til rustfrit stål, (anodiseret) aluminium, titanium, ikke-jernholdige metaller, polyoxymethylen (POM), polyethylen (PE), polyamid (PA) og polyvinylklorid (PVC).

Der kan forekomme inkompatibilitet med plexiglas (PMMA), polyetherimid (PEI) og polyphenylsulfon (PPSU).

For andre følsomme materialer kan det være nødvendigt at udføre forenelighedstests. Kontakt om nødvendigt den lokale distributør af deconex®-produkter eller Borer Chemie AG.

Kemisk-fysiske data

pH-værdi for væske	ca. 7.8
Væskedensitet	1.0 g/mL
Væskens udseende	klar, blå

Indholdsstoffer

100 g deconex® FOAM PLUS indeholder:
0.22 g N,N-didecyl-N-methylpoly(oxyethyl)ammoniumpropionat
0.23 g N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropan-1.3-diamin

Hjælpestoffer:
Enzymer (protease), overfladeaktive stoffer, parfume, farvestoffer

Bemærk

Ikke egnet til slutdesinfektion.
Bland ikke med andre produkter. ▪ Kontakt den lokale forhandler af deconex®-produkter eller Borer Chemie AG før du ændrer brugskemikalier. ▪ Produktet er kun beregnet til engangsbrug, ikke til genbrug. ▪ De juridiske og standardrelaterede krav til medicinsk udstyr skal overholdes. ▪ Kun til professionel brug. ▪ Overhold oparbejdningsvejledningen for det medicinske udstyr, der skal behandles, og brugsanvisningen for eventuelt udstyr, der anvendes til oparbejdning.

Hvis der opstår en alvorlig hændelse med dette produkt, skal den indberettes til producenten og den ansvarlige myndighed.

Sikkerhedsanvisninger og bortskaffelse

Oplysninger vedrørende sikkerhed på arbejdspladsen og korrekt bortskaffelse af det ubrugte produkt fremgår af sikkerhedsdatabladet.

Ved bortskaffelse af tomme beholdere og brugt opløsning skal de lokale forskrifter for spild og spildevand overholdes.

Beholdere, forseglinger og mærkater er fremstillet af genanvendelig polyetylen.

Opbevaring og transport

Opbevar produktet ved temperaturer på mellem 5 og 25 °C.

Dette medicinske produkt tåler ikke frost. Undgå om muligt at transportere dette produkt i kolde perioder. Kan transport i sådanne perioder ikke undgås, skal produktet forsendes i en temperaturkontrolleret lastvogn / skibscontainer ved over 5 °C, eller der skal bruges beskyttelseshætte ved kortvarige transporter under 10 timer, hvor temperaturen under transporten ikke falder under 5 °C.

CE-mærkning

deconex® FOAM PLUS opfylder kravene til medicinaludstyr i henhold til direktiv 93/42/EØF.

Tilgængelighed

Kontakt om nødvendigt den lokale forhandler af deconex®-produkter vedrørende tilgængelige beholderstørrelser.

Distributør / importør:

Producent:
Borer Chemie AG
Gewerbestrasse 13, 4528 Zuchwil / Switzerland
Tel +41 32 686 56 00 Fax +41 32 686 56 90
office@borer.ch, www.borer.ch

CE 1250 MD

borer
advanced cleaning solutions

IFU deconex FOAM PLUS BC-CH 1.0_220719_DA